

Wyjaśnienie Nr 1

Do Zapytania ofertowego nr P.272-07/01/FPM/2025 z dnia 17.01.2025 r.

W dniu 19.01.2025 r. za pośrednictwem poczty e-mail wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

(....) Pytanie 1

Dotyczy Części I - pozycja nr 2

Czy rozważycie Państwo również nasze końcówki, które posiadają pojedynczy filtr?

Pytanie 2

Dotyczy Części III- pozycja nr 5

Producent rekomenduje końcówki o objętości 2 – 200 μ L w statywie typu Rack (przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie czystości i filtra). Kończówki pakowane są w opakowania 5 x 96 końcówek. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie?

Pytanie 3

Dotyczy Części III- pozycja nr 6

Producent rekomenduje końcówki o objętości 20 – 300 μ L w statywie typu Rack (przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie czystości i filtra). Kończówki pakowane są w opakowania 5 x 96 końcówek. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie wyposażenia pipet w pojedynczy filtr biologiczny. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym P.272-07/01/FPM/2025 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wyposażony w dwuwarstwowy filtr biologiczny zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tj. „ Kończówka do pipet o pojemności 2-200 ul, kompatybilna z robotem Flow Robotics Flowbot ONE, wolna od nukleaz, bezbarwna, wyposażona w dwuwarstwowy filtr biologiczny, pakowana w pudełka typu sterylne, wolne od DNAaz RNAaz”.

Ad.2 i Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza zmian objętości końcówek do pipet. Oferty zawierające inne, niż określone w Zapytaniu, parametry zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Z-ca DYREKTORA
Polskiej Federacji Producentów Bydła
i Przemysłu Mleczarskiego

Ewa Kłębukowska